

Technische vragen raad- en commissieleden aan het college

Datum indiening : 09 september 2021
Registratienummer : E202126749



Onderwerp: Onderhoud AED

Aan het college,

Inleiding

De fractie van D66 is verheugd en trots te lezen (RIB Bij21-0553) dat het dekkend netwerk van AED's en burgerhulpverleners door het college is gerealiseerd en dat harmonisatie met de gemeente Langedijk heeft plaatsgevonden.

Over het beheer en onderhoud van AED's heeft de fractie van D66 nog enkele vragen.

In de Raadsinformatiebrief van 9 februari 2021 lezen we dat beleidskaders worden opgesteld voor aanschaf, vervanging en onderhoud van het AED netwerk. Verder in deze RIB (Bij 21-0034) lezen we bij het vervolg dat na het vaststellen van de secundaire begroting nieuwe AED's kunnen worden aangeschaft en afspraken gemaakt worden over vervanging, onderhoud en reparatie voor de komende jaren.

We weten nu dat 29 AED's in beheer zijn van de gemeente Heerhugowaard.

1. Is het college op de hoogte van een burgerinitiatief in de Schilderswijk dat een tweetal AED's voor deze wijk heeft opgeleverd?

Het onderhoudscontract van 1 van deze AED's loopt op 4 november 2021 af en de initiatiefneemster heeft de gemeente verzocht dit onderhoudscontract om het onderhoud van deze AED's over te nemen.

2. Is het college op de hoogte van dit verzoek en kan het college uitleggen wat er met dit verzoek is gedaan?

In beantwoording op de vraagstelling van de initiatiefneemster werd gesteld dat

- Er gewacht moest worden op vaststelling van de secundaire begroting
 - Er angst zou zijn voor precedentwerking als de gemeente het onderhoud van deze AED zou overnemen.
3. Weet het college hoeveel van deze door burgers geïnitieerde AED's binnen de gemeente zijn? En zo ja, in welke wijk(en)?
 4. Zijn er meerdere aanvragen bij de gemeente binnengekomen om het onderhoud van de AED over te nemen?

Door het initiatief van deze inwonster heeft de gemeente geen aanschafkosten voor deze AED's hoeven maken.

5. In hoeverre is het college bereid om het onderhoud van deze twee AED's over te nemen en mee te nemen in het regulier AED onderhoud?

De kosten voor een basisonderhoud van de AED's zijn 59€ excl BTW per jaar.

6. Hoeveel geld uit het gereserveerde bedrag voor de uitvoering van het plan om te komen tot een dekkend netwerk van AED's is er nog over?
7. Als er nog geld uit het gereserveerde bedrag voor de uitvoering van het plan over is kan dit dan aangewend worden voor het structureel onderhouden van deze AED's?
8. Als er geen financiële middelen meer over zijn, kan het college dan op andere wijze zorg dragen voor de financiering voor het onderhoud van deze 2 AED's?

Alvast bedankt voor de beantwoording.

Anja Grim
D66 Dijk en Waard

Antwoord van het college

Hieronder vindt u nogmaals de vragen met daarbij het antwoord.

1. Is het college op de hoogte van een burgerinitiatief in de Schilderswijk dat een tweetal AED's voor deze wijk heeft opgeleverd?

Antwoord: Het college is op de hoogte van het burgerinitiatief voor twee AED's in de Schilderswijk.

Het onderhoudscontract van 1 van deze AED's loopt op 4 november 2021 af en de initiatiefneemster heeft de gemeente verzocht dit onderhoudscontract om het onderhoud van deze AED's over te nemen.

2. Is het college op de hoogte van dit verzoek en kan het college uitleggen wat er met dit verzoek is gedaan?

Antwoord: Het college is op de hoogte van het verzoek.

In beantwoording op de vraagstelling van de initiatiefneemster werd gesteld dat

- Er gewacht moest worden op vaststelling van de secundaire begroting
- Er angst zou zijn voor precedentwerking als de gemeente het onderhoud van deze AED zou overnemen.

3. Weet het college hoeveel van deze door burgers geïnitieerde AED's binnen de gemeente zijn? En zo ja, in welke wijk(en)?

Antwoord: De gemeente heeft overzicht van de AED's die deelnemen in het 24/7 6 minuten AED netwerk. Een deel is gemeentelijk eigendom en/of in beheer. Alle AED's die deel uitmaken van het 24/7 6 minuten AED netwerk, hebben een onderhoudscontract.

Van de AED's waarvoor we geen onderhoudscontract hebben, kunnen wij niet achterhalen of deze van burgers zijn of van bedrijven.

4. Zijn er meerdere aanvragen bij de gemeente binnengekomen om het onderhoud van de AED over te nemen?

Antwoord: nee, er zijn geen andere vragen bij gemeente binnengekomen om onderhoud van AED's over te nemen.

Door het initiatief van deze inwonster heeft de gemeente geen aanschafkosten voor deze AED's hoeven maken.

5. In hoeverre is het college bereid om het onderhoud van deze twee AED's over te nemen en mee te nemen in het regulier AED onderhoud?

Antwoord: De gemeente is verantwoordelijk voor het 6 minuten AED netwerk dat 24/7 beschikbaar is. Dit betreft de AED's die in buitenkasten zijn geplaatst. Van deze AED's neemt de gemeente de kosten voor een onderhoudscontract op zich, ongeacht of de AED in eigendom is van de gemeente of van een andere partij. Dit zijn er 49 in Heerhugowaard en Langedijk samen vanaf 2022. In de Schilderswijk zijn momenteel 2 AED's door de gemeente opgenomen in het onderhoudscontract. Eén bij de gymzaal aan de Rembrandtstraat 44 en de ander bij de Tennisclub aan de Van Veenweg 100.

De gemeente neemt geen AED's op in het onderhoudscontract die niet deel uitmaken van het 24/7 6 minuten netwerk. Het is niet aan de gemeente om elk particulier AED initiatief in onderhoud op te nemen, maar alleen die AED's die qua spreiding en afstand deel uitmaken van het 24/7 6 minuten netwerk.

De kosten voor een basisonderhoud van de AED's zijn 59€ excl BTW per jaar.

6. Hoeveel geld uit het gereserveerde bedrag voor de uitvoering van het plan om te komen tot een dekkend netwerk van AED's is er nog over?

Antwoord: Er is momenteel een bedrag van ruim € 20.000 nog niet uitgegeven. Dit bedrag was eenmalig gereserveerd voor de geraamde projectkosten voor de uitvoering door een extern bureau. De gemeente heeft in samenwerking met de Veiligheidsregio zelf het project uitgevoerd. Wel komen er nog facturen voor AED's, buitenkasten en plaatsingskosten. Welk bedrag er uiteindelijk overblijft is lastig in te schatten.

7. Als er nog geld uit het gereserveerde bedrag voor de uitvoering van het plan over is kan dit dan aangewend worden voor het structureel onderhouden van deze AED's?

Antwoord, zie antwoord op vraag 5

8. Als er geen financiële middelen meer over zijn, kan het college dan op andere wijze zorg dragen voor de financiering voor het onderhoud van deze 2 AED's?

Antwoord: zie antwoord op vraag 5